



Peristaltische Pumpe, 5042-8507



Peristaltische Pumpe mit ChemSure-Leitung,
5065-9952

Hinterkolbenspülung

Die regelmäßige Verwendung hochkonzentrierter Pufferlösungen (100 mM) verringert die Lebensdauer von Dichtungen und Kolben in der Pumpe. Begegnen Sie diesem Problem mit einem Agilent Kit für die Kolbenhinterspülung, bei dem die Rückseite der Dichtung mit einer Spülflüssigkeit gespült wird.

Hinweis: Als Spülflüssigkeit wird Wasser/Isopropanol (90/10) empfohlen.

Hinterkolbenspülung

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.
Peristaltische Pumpenkassette mit Silikonschlauch	Für 1100/1200/1200 RRLC-Pumpen und 1260 Infinity LC-Pumpen	5042-8507
Silikonschlauch, 1 mm ID, 3 mm AD, 5 m		5065-9978
Peristaltische Pumpe mit ChemSure-Leitung	Für 1100/1200/1200 RRLC-Pumpen und 1260 Infinity LC-Pumpen	5065-9952
ChemSure-Leitung für die peristaltische Pumpe		5042-8954
Spüldichtung und Dichtungshalter		
Spüldichtung	Für 1100/1200/1200 RRLC-Pumpen sowie 1120-Pumpen und 1260/1220 Infinity LC-Pumpen	0905-1175
Dichtungshalter	Für 1100/1200/1200 RRLC- und 1120-Pumpen	5001-3743
Bioinert Dichtungshalter	Für G5611A LC-Pumpe	G5611-26210
Dichtung für Hinterkolbenspülung, 6 St.	Für 1100/1200/1200 RRLC-Pumpen sowie 1120-Pumpen und 1260/1220 Infinity LC-Pumpen	5062-2484
PE-Spüldichtung	Für 1290/1260/1220 Infinity LC-Pumpe	0905-1718
Stützring	Für 1290/1260/1220 Infinity LC-Pumpe	G4220-63010
Stützring	Für 1290 Infinity-Pumpe ohne Kolbenhinterspülung	G4220-63015
Sicherungsring für Dichtungshalter	Für 1290/1260/1220 Infinity LC-Pumpe	G4220-24013
Dichtungshalter	Für 1290/1260/1220 Infinity LC-Pumpe	G4220-26210



TIPP

Informationen zur Wartung finden Sie unter www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes