

Spritzen für automatische Probengeber, Waters GC-Systeme, 1 St.

Modul	Volumen (µL)	Beschreibung	Nadelstärke/ Länge (mm)/ Spitze	Agilent CrossLab Spritze Best.-Nr.	Ähnlich wie Waters Spritze Best.-Nr.	Agilent CrossLab Ersatznadel oder -kolben Best.-Nr.
2777 Kompakter Probenmanager	1	Feste Nadel, gasdicht	22/51/3	8010-0443	430000867	8010-0455
2777 Probenmanager	2,5	Feste Nadel, gasdicht	22/51/3	8010-0444	430000868	8010-0448
	10	Feste Nadel	22s/51/3	8010-0445	430000859	
	25	Feste Nadel, gasdicht	22s/51/3	8010-0441	430000861	
	100	Feste Nadel, gasdicht	22s/51/3	8010-0442*	430000864	
		Feste Nadel, gasdicht	22/51/3	8010-0446*	430000863	
	250	Feste Nadel, gasdicht	22/51/3	8010-0467	430000865	
	500	Feste Nadel, gasdicht	22/51/3	8010-0468	430000866	8010-0460, 10 St.**
510 HPLC Pumpe	10000	Luer-Lock	Keine Nadel	8005-0414	WAT025559	
515 HPLC Pumpe						
600 MultiSolvent Lösungsmittelzuführsystem						
CapLC System						
CapLC XE System						
600 MultiSolvent Lösungsmittelzuführsystem	25	Austauschbare Nadel, gasdicht	22s/51/3	8005-0416	WAT033381	
Rheodyne Injektor	100	Austauschbare Nadel, gasdicht	22s/51/3	8005-0417	WAT033383	8005-0418, 6 St.
2690 Separationsmodul	25	Chem (1/4-28 UNF- Schraubengewinde), gasdicht	Keine Nadel	8005-0420	WAT077343	
2690D Dissolution- Separationsmodul						
2695 Separationsmodul						
269 Dissolution- Separationsmodul						
2790 Separationsmodul	250	Chem (1/4-28 UNF- Schraubengewinde), gasdicht	Keine Nadel	8005-0419	WAT073109	
2795 Separationsmodul						
LC-Modul 1						
717 Automatischer Probengeber						

*Der Zylinder-AD beträgt 6,7 mm. Bei allen anderen 10 µL-, 25 µL- und 100 µL-Spritzen beträgt der AD 7,9 mm.

**Ersatzkolben

Agilent CrossLab Produktempfehlungen sind wirkliche Alternativen zu den jeweiligen Produkten der Originalhersteller. Die Agilent CrossLab Produkte eignen sich für die entsprechenden Geräte der Originalhersteller, können sich in ihrem Design jedoch manchmal geringfügig vom Originalprodukt unterscheiden. Alle CrossLab Zubehörprodukte werden mit einer 90-tägigen Garantie sowie Geld-zurück-Garantie geliefert.



Spritze für automatische Probengeber, Luer-Lock, 8005-0414



Spritze für automatische Probengeber, gasdicht, 8005-0417